

**KẾT QUẢ KIỂM TRA VI SINH**  
(Bệnh viện Điện cơ sở 1 ngày 08/08/2019)

**I. Dụng cụ:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - Dây nội soi 1<br>- Dây nội soi 2<br>- Dây nội soi 3<br>- Kim sinh thiết 1<br>- Kim sinh thiết 2 | } | Không thấy vi khuẩn<br>sau 96 giờ nuôi cấy |
|---|---|--|

**II. Nước:**

1. Nước NaOclean (chưa sử dụng):

- Coliform/100 ml: 00 vi khuẩn
- *P. aeruginosa*/100ml: 00 vi khuẩn
- Vi khuẩn toàn phần:
  - + 1ml 37<sup>0</sup>C: 00 vi khuẩn
  - + 1ml 22<sup>0</sup>C: 00 vi khuẩn

**Kết luận: Nước vô trùng.**

2. Nước NaOclean (sau sử dụng 3 lần):

- Coliform/100 ml: 00 vi khuẩn
- *P. aeruginosa*/100ml: 00 vi khuẩn
- Vi khuẩn toàn phần:
  - + 1ml 37<sup>0</sup>C: 00 vi khuẩn
  - + 1ml 22<sup>0</sup>C: 01 vi khuẩn

**Kết luận: Nước tốt.**

3. Nước uống lạnh khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

- Coliform/100 ml: 00 vi khuẩn
- *P. aeruginosa*/100ml: 00 vi khuẩn
- Vi khuẩn toàn phần:
  - + 1ml 37<sup>0</sup>C: 17 vi khuẩn
  - + 1ml 22<sup>0</sup>C: 91 vi khuẩn

**Kết luận: Nước uống được.**

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

Phó trưởng khoa

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC  
KHOA VI SINH.

*Trần Hải Yến*