


**PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ KIỂM TRA VÔ TRÙNG
KHOA NỘI SOI**

Khoa/ phòng	Mẫu bệnh phẩm	Ngày lấy	Ngày trả	Kết quả		Kết luận	
				Âm tính	Dương tính	Đạt	Không đạt
	Thân ống soi đã được khử khuẩn	23/10	26/10	x		x	
	Dây dẫn chung đã được khử khuẩn	23/10	26/10	x		x	


Ghi chú :mẫu không khí không đạt khi có trên 1000CFU/m3 hoặc có vi khuẩn gây bệnh như *S.aureus*,
P.aeruginosa, *Enterobacteriaceae*, *A.baumannii*...

Trưởng khoa xét nghiệm



Phạm Thị Lan

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2018
Người báo cáo



KTV Đặng Kim Hoàn