

Trung Đình SS
BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bệnh viện Phụ sản TW

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KIỂM TRA VÔ TRÙNG

Khoa phòng : TT chăm sóc trẻ sơ sinh

Mẫu : Nước + Dụng cụ

Ngày lấy mẫu : 22/8/2019

Người thực hiện : KTV. Nguyễn Cao Hà.

I. Kiểm tra nước:

1. Vòi nước phòng nhi C : Âm tính.
2. Vòi nước phòng hồi sức 2 : Âm tính.
3. Vòi nước phòng hồi sức 3 : Âm tính.
4. Vòi nước phòng hồi sức tích cực 2 : Mọc cầu khuẩn Gr(+).
5. Vòi nước phòng hồi sức tích cực 3 : Mọc trực khuẩn Gr(+).
6. Vòi nước phòng hồi sức tích cực 4 : Mọc trực khuẩn mũ xanh.
7. Vòi nước phòng hồi sức tích cực 5 : Âm tính.
8. Vòi nước phòng can thiệp : Âm tính.
9. Nước của máy tạo nước khử khuẩn : Âm tính.

II. Kiểm tra dụng cụ:

1. Lòng áp 8022A-TC1 : Âm tính.
2. Lòng áp 6688-TC 3 : Âm tính.
3. Bóng hấp vô khuẩn : Âm tính.
4. Đèn NKQ : Âm tính.
5. Đường dây Cpap : Âm tính.