BỆNH VIỆN ĐK TỈNH BẮC GIANG
KHOA VI SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bắc Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2019

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÔ TRÙNG LIÊN QUAN MẪU NƯỚC KHỬ KHUẨN MỚI TẠI KHOA KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

Ngày lấy mẫu: 22/8/2019 Ngày trả kết quả: 26/8/2019

STT	Tên đơn vị kiểm tra	Kết quả		Chỉ số BT	Đánh giá
		Số lượng: CFU/ ml	Định loại		
1.	Ống nội soi 1 chưa khử khuẩn	**Có VK**	S. aureus	**Không khí** <312 /3 đĩa) (<5CFU/3 đĩa) = tốt 312 - 1250 (5-20 CFU/3 đĩa) = khá 1250 - 1562 (20-25 CFU/3 đĩa) = vừa >1562 (>25 CFU/3 đĩa) = xấu **Dụng cụ:** - Dụng cụ vô khuẩn: không có vi khuẩn mọc - Dụng cụ sạch: không mọc vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện và liên cầu tan máu. **Nước:** - Nước rửa tay phẫu thuật: < 10^2 VK/100 ml, không có P. aeruginosa/100 ml ***- Mẫu nước cho lọc thận nhân tạo theo:*** +Hiệp hội lọc thận Mỹ: < 50 CFU/ ml +Hiệp hội lọc thận Pháp: <200 CFU/ ml +TCVN: <200 CFU/ml +Dung dịch dialysat < 2000 CFU/ ml.	
2.	Ống nội soi 1 sau khử khuẩn	**Không có VK**			**Sạch**
3.	Ống nội soi 2 chưa khử khuẩn	**Không có VK**			
4.	Ống nội soi 2 sau khử khuẩn	**Không có VK**			**Sạch**
5.	Ống nội soi 3 chưa khử khuẩn	**Có VK**	S. aureus		
6.	Ống nội soi 3 sau khử khuẩn	**Không có VK**			**Sạch**
7.	Nước khử khuẩn mẫu 1	**< 3**			**Sạch**
8.	Nước khử khuẩn mẫu 2	**< 3**			**Sạch**
9.	Nước khử khuẩn mẫu 3	**< 3**			**Sạch**
10	Chứng nước cất	**Âm tính**			
11	Chứng môi trường	**Âm tính**			

Nhận xét: 03 mẫu dụng cụ sau ngâm khử khuẩn đã sạch vi khuẩn; 03 mẫu nước khử khuẩn sau ngâm dụng cụ không thấy vi khuẩn hồi phục

KHOA VI SINH